온도기록지
Temperature Log Sheet 2022년 7월

위치 (Location) : Core lab	장비명	Deepfreezer
	모델명	Forma 900 series (908)
	Serial No.	837903-515

교정 번호(Calibration No.) : SS-220124-B002 교정 일자(Calibration date.) : 2022.01.24

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	금	08:26 (A.M.) / P.M	-76	-80	-78	[illegible]	
2	토	A.M. / P.M					
3	일	A.M. / P.M					
4	월	08:32 (A.M.) / P.M	-74	-80	-80	[illegible]	
5	화	08:31 (A.M.) / P.M	-76	-80	-78	[illegible]	
6	수	08:30 (A.M.) / P.M	-76	-80	-78	[illegible]	
7	목	08:35 (A.M.) / P.M	-74	-80	-76	[illegible]	
8	금	08:33 (A.M.) / P.M	-76	-80	-76	[illegible]	
9	토	A.M. / P.M					
10	일	A.M. / P.M					
11	월	08:21 (A.M.) / P.M	-75	-80	-77	[illegible]	
12	화	08:22 (A.M.) / P.M	-73	-80	-76	[illegible]	
13	수	08:30 (A.M.) / P.M	-75	-80	-79	[illegible]	
14	목	08:25 (A.M.) / P.M	-74	-80	-78	[illegible]	
15	금	08:26 (A.M.) / P.M	-75	-80	-80	[illegible]	
16	토	A.M. / P.M					
17	일	A.M. / P.M					
18	월	08:26 (A.M.) / P.M	-75	-80	-80	[illegible]	
19	화	08:24 (A.M.) / P.M	-74	-80	-80	[illegible]	
20	수	08:20 (A.M.) / P.M	-75	-80	-79	[illegible]	
21	목	08:21 (A.M.) / P.M	-75	-80	-76	[illegible]	
22	금	08:22 (A.M.) / P.M	-76	-80	-79	[illegible]	
23	토	A.M. / P.M					
24	일	A.M. / P.M					
25	월	08:36 (A.M.) / P.M	-76	-80	-78	[illegible]	
26	화	08:37 (A.M.) / P.M	-74	-80	-79	[illegible]	
27	수	08:31 (A.M.) / P.M	-74	-80	-80	[illegible]	
28	목	08:30 (A.M.) / P.M	-76	-80	-77	[illegible]	
29	금	08:25 (A.M.) / P.M	-76	-80	-77	[illegible]	
30	토	A.M. / P.M					
31	일	A.M. / P.M					

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2022.08.01 서명: [illegible]