점 검 내 역 서

점 검 자 손보경

자산코드	D121302015-2010001	자 산 명	PATIENT MONITOR
모 델 명	MP1000NT	S / N	NTP-101-0345
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2022-08-17	완료일자	2022-08-17
의뢰부서	의공학팀	의 뢰 자	손보경
자산구분		사내전화번호	5953

고장내역	예방점검

수리 및 부품 사용 내역

수리일자	수리내역				
	유형	부품코드	부품명	규격	수량
2022-08-17	-Main power operating test ok -Battery power test ok -Operating funtion test(ECG, RR, SpO2, NIBP) ok -Printer operating test ok -Accessories(cable, 3-lead, cuff, sensor) status check ok				
					0