검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
10:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
06:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-01

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
12:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
2022-10-02

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
20:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-03

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
10:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-04

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
21:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 4.5 DV: 0.5
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-05

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
19:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
16:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
13:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
07:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-06

담 당 2022.11.01

검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
09:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
08:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
07:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-07

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
15:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-08

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
17:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
13:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
2022-10-09

23:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
20:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
16:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
08:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
01:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-10

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
17:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
14:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
13:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
08:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
04:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
2022-10-11

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
09:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
08:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
07:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-12

담 당 2022.11.01

검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
10:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
09:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
08:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
07:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
01:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-13

23:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
09:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
08:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-14

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
17:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
09:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
08:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
2022-10-15

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
18:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
15:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
00:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
2022-10-16

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
12:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
03:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-17

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
09:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
08:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
07:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
2022-10-18

담 당 2022. 11. 01

검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
08:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
07:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
01:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-19

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
06:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
00:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
2022-10-20

23:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-21

23:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
14:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
09:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
08:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
2022-10-22

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
06:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
2022-10-23

23:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
14:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 3.9 -0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4. DV: 0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 4.0 D 0.0
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV. -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-24

담 당 2022-11-01

검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
20:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
19:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
18:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
17:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
08:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
07:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
06:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
2022-10-25

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
21:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
15:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
14:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
13:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
09:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
05:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
04:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
03:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-26

23:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
11:25 SP: 4.0 PV: 3.5 DV: -0.5
10:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-27

23:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
21:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
20:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
16:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
15:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
14:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
13:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
12:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
09:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
06:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
05:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
04:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
03:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
02:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
2022-10-28

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
21:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
15:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
09:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
05:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
04:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
03:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
01:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-29

23:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
22:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
19:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
18:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
17:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
16:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
12:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
11:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
10:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
09:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
08:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
07:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
06:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
05:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
04:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
03:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
02:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
01:25 SP: 4.0 PV: 4.0 DV: 0.0
00:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
2022-10-30

담 당 2022.11.01

검체 냉장고 24hr 온도 기록지

2022.10

위치(Location): Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

23:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
22:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
21:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
20:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
19:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
18:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2
17:25 SP: 4.0 PV: 3.7 DV: -0.3
16:25 SP: 4.0 PV: 4.1 DV: 0.1
15:25 SP: 4.0 PV: 3.9 DV: -0.1
14:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
13:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
12:25 SP: 4.0 PV: 3.6 DV: -0.4
11:25 SP: 4.0 PV: 3.8 DV: -0.2
10:25 SP: 4.0 PV: 4.2 DV: 0.2

[redacted]
2022-10-31

담 당 2022.11.01