온도기록지
Temperature Log Sheet 2022년 1월

위치 (Location) : Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	BBR-500
	Serial No.	GS04140828-474

교정 번호(Calibration No.) : SS-210510-0001 교정 일자(Calibration date.) : 2021.05.20

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	토	A.M. / P.M					
2	일	A.M. / P.M					
3	월	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
4	화	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.2		
5	수	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
6	목	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
7	금	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
8	토	A.M. / P.M					
9	일	A.M. / P.M					
10	월	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
11	화	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
12	수	08:30 (A.M.) / P.M	4.1	3.8	4.1		
13	목	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
14	금	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
15	토	A.M. / P.M					
16	일	A.M. / P.M					
17	월	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
18	화	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
19	수	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.0		
20	목	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.1		
21	금	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	3.9		
22	토	A.M. / P.M					
23	일	A.M. / P.M					
24	월	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.2		
25	화	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.8	4.1		
26	수	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.7	4.0		
27	목	08:30 (A.M.) / P.M	4.2	3.6	4.1		
28	금	08:30 (A.M.) / P.M	4.1	3.6	4.0		
29	토	A.M. / P.M			2022.01.28 Error		
30	일	A.M. / P.M					
31	월	A.M. / P.M					설날 연휴

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2022.02.03 서명: