



교정성적서

(CALIBRATION CERTIFICATE)

성적서번호 (Certificate No)
2600075-C002



페이지 : (1) / (총 2)

B-1706 Woolimlions Valley II, Sagimakgol-ro 45beon-gil 14, Jungwon-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do, Korea. Tel : +82-31-732-5990

1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 건국대학교병원 임상시험센터
주 소 (Address) : 서울특별시 광진구 능동로 120-1(화양동)

2. 측정기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : 온도지시계 (센서포함)
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : (주)올젠케어 / WSL-200WDL0Ra
기기번호 (Serial Number) : 200WDL0Ra-A0341

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2026. 01. 19.

4. 교정환경 (Environment Conditions)

온 도 (Temperature) : (23.2 ± 0.3) °C 습 도 (Humidity) : (52 ± 4) % R.H.
교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (Perm. Lab.) ☐ 이동교정 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration)
(주 소 (Address) : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 17층 B 1706호)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)
상기 기기는 온도지시/기록/제어장치의 교정 절차서(KMSC-CP-50102)에 의거하여 국가측정표준기관으로부터 SI 단위로 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준기를 이용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next calibration)	교정기관 (Calibration Lab)
Precision Thermometer	ISOTECH / milli K	401403-1	2026.04.02	(주)코메츠
Calibration Bath	TERMEX / TERMOTEST-100-40	701104	2026.07.18	(주)코메츠

6. 교정결과 (Calibration Result) : 교정결과 참조 (Refer to Calibration Result)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to Calibration Result)

확 인 AFFIRMATION	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)	
	성 명 : 조수홍	직 위 : 기술책임자 성 명 : 정수	

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2026. 01. 19

한국인정기구 인정

Accredited by KOLAS, Republic of Korea

(주) 코 메 츠 대표이사



(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. (NOTE) If any significant instability or other adverse factor (overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.



교 정 결 과

(CALIBRATION RESULTS)



성적서 번호 (Certificate No) : 2600075-C002

기기번호 (Serial Number) : 200WDL0Ra-A0341

페이지 : (2) / (총 2)

B-1706 Woolimlions Valley II, Sagimakgol-ro 45beon-gil 14, Jungwon-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do, Korea. Tel : +82-31-732-5990

1. 온도 교정 (Temperature Calibration)

(단위 : °C)

기 준 온 도 (Standard Value)	측 정 온 도 (Measured value)	보 정 값 (Correction value)	측 정 불 확 도 (Measurement uncertainty)
0.00	0.3	-0.3	0.2
5.00	5.3	-0.3	0.2
10.00	10.4	-0.4	0.2

※ 측정불확도 신뢰수준(Measurement uncertainty confidence level is approximately) 약 95 %, $k = 2$

- 끝 -