

# 온도기록지 Temperature Log Sheet

2026년 3월

위치 (Location) : Core lab	장비명	Deepfreezer
	모델명	Forma 900 series (908)
	Serial No.	837903-515

교정 번호(Calibration No.) : TS25-0607-1    교정 일자(Calibration date.) : 2025.12.19

날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	일	A.M. / P.M					
2	월	A.M. / P.M					대체 휴일
3	화	08:15 (A.M.) / P.M	-75.9	-78.1	-77.1	hjj	
4	수	08:14 (A.M.) / P.M	-75.9	-78.1	-78.0	hjj	
5	목	08:13 (A.M.) / P.M	-75.9	-78.2	-76.4	hjj	
6	금	08:13 (A.M.) / P.M	-74.8	-78.0	-76.9	hjj	
7	토	A.M. / P.M					
8	일	A.M. / P.M					
9	월	08:05 (A.M.) / P.M	-74.4	-78.1	-76.0	hjj	
10	화	08:10 (A.M.) / P.M	-74.6	-78.1	-77.7	hjj	
11	수	08:11 A.M. / P.M	-73.9	-78.1	-76.5	hjj	
12	목	08:15 A.M. / P.M	-74.5	-78.0	-78.0	hjj	
13	금	08:10 A.M. / P.M	-74.9	-78.0	-75.8	hjj	
14	토	A.M. / P.M					
15	일	A.M. / P.M					
16	월	08:16 (A.M.) / P.M	-74.2	-78.1	-75.9	hjj	
17	화	08:16 (A.M.) / P.M	-74.2	-77.9	-76.6	hjj	
18	수	08:16 (A.M.) / P.M	-75.3	-78.0	-77.1	hjj	
19	목	08:15 (A.M.) / P.M	-74.4	-78.2	-76.4	hjj	
20	금	08:15 (A.M.) / P.M	-74.6	-78.2	-77.5	hjj	
21	토	A.M. / P.M					
22	일	A.M. / P.M					
23	월	08:16 (A.M.) / P.M	-74.3	-78.1	-76.5	hjj	
24	화	08:14 (A.M.) / P.M	-74.6	-77.9	-77.3	hjj	
25	수	08:15 A.M. / P.M	-70.5	-78.1	-76.0	hjj	
26	목	08:15 A.M. / P.M	-71.7	-78.1	-75.6	hjj	
27	금	08:15 A.M. / P.M	-71.4	-78.1	-73.7	hjj	
28	토	A.M. / P.M					
29	일	A.M. / P.M					
30	월	08:15 (A.M.) / P.M	-74.9	-78.2	-76.0	hjj	
31	화	08:14 (A.M.) / P.M	-74.1	-78.0	-77.3	hjj	