

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 3월

위치 (Location) : Core lab	장비명	INCUBATOR
	모델명	INCU-LINE IL10
	Serial No.	15072806

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2504741-001 교정 일자(Calibration date.) : 2025.05.27

날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	일	A.M. / P.M					
2	월	A.M. / P.M					대체 휴일
3	화	08:25 A.M. / P.M	37.3	36.5	37.0	hjj	
4	수	08:20 A.M. / P.M	37.5	36.8	36.9	hjj	
5	목	08:30 A.M. / P.M	37.3	36.6	36.9	hjj	
6	금	08:25 A.M. / P.M	37.5	36.5	36.8	hjj	
7	토	A.M. / P.M					
8	일	A.M. / P.M					
9	월	08:15 A.M. / P.M	37.5	36.7	37.1	hjj	
10	화	08:20 A.M. / P.M	37.5	36.6	37.3	hjj	
11	수	08:25 A.M. / P.M	37.5	36.6	37.0	hjj	
12	목	08:21 A.M. / P.M	37.5	36.6	36.9	hjj	
13	금	08:25 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.0	hjj	
14	토	A.M. / P.M					
15	일	A.M. / P.M					
16	월	08:21 A.M. / P.M	37.3	36.9	37.1	hjj	
17	화	08:22 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.0	hjj	
18	수	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.8	37.0	hjj	
19	목	08:20 A.M. / P.M	37.2	36.9	37.1	hjj	
20	금	08:25 A.M. / P.M	37.3	36.9	37.0	hjj	
21	토	A.M. / P.M					
22	일	A.M. / P.M					
23	월	08:20 A.M. / P.M	37.3	36.8	36.9	hjj	
24	화	08:21 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.2	hjj	
25	수	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.9	37.0	hjj	
26	목	08:35 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.0	hjj	
27	금	08:34 A.M. / P.M	37.3	36.9	36.9	hjj	
28	토	A.M. / P.M					
29	일	A.M. / P.M					
30	월	08:30 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.2	hjj	
31	화	08:35 A.M. / P.M	37.5	36.5	37.3	hjj	