

# 온도기록지

## Temperature Log Sheet

2026년 4월

위치 (Location) : Core lab	장비명	냉동고
	모델명	LBF-4005U
	Serial No.	2025122902

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2504277-002 교정 일자(Calibration date.) : 2025.05.16

날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	수	08:16 (A.M.) / P.M	-25.1	-33.0	-30.0	hjj	
2	목	08:14 (A.M.) / P.M	-23.6	-31.5	-27.8	hjj	
3	금	08:11 (A.M.) / P.M	-23.3	-34.5	-28.5	hjj	
4	토	A.M. / P.M					
5	일	A.M. / P.M					
6	월	08:12 (A.M.) / P.M	-24.1	-32.4	-27.9	hjj	
7	화	08:11 (A.M.) / P.M	-21.8	-36.3	-26.4	hjj	
8	수	08:12 (A.M.) / P.M	-25.0	-31.9	-27.3	hjj	
9	목	08:11 (A.M.) / P.M	-23.8	-33.0	-31.4	hjj	
10	금	08:10 (A.M.) / P.M	-24.5	-31.5	-27.6	hjj	
11	토	A.M. / P.M					
12	일	A.M. / P.M					
13	월	08:11 (A.M.) / P.M	-24.6	-31.4	-29.8	hjj	
14	화	08:12 (A.M.) / P.M	-24.7	-31.1	-28.8	hjj	
15	수	08:11 (A.M.) / P.M	-24.0	-30.5	-27.7	hjj	
16	목	08:15 (A.M.) / P.M	-24.1	-30.5	-26.8	hjj	
17	금	08:17 (A.M.) / P.M	-25.0	-32.0	-30.5	hjj	
18	토	A.M. / P.M					
19	일	A.M. / P.M					
20	월	08:17 (A.M.) / P.M	-24.5	-31.5	-29.9	hjj	
21	화	08:16 (A.M.) / P.M	-24.6	-32.4	-27.1	hjj	
22	수	08:19 (A.M.) / P.M	-24.0	-32.5	-27.9	hjj	
23	목	08:15 (A.M.) / P.M	-24.3	-28.8	-26.4	hjj	
24	금	08:16 (A.M.) / P.M	-24.0	-28.7	-25.2	hjj	
25	토	A.M. / P.M					
26	일	A.M. / P.M					
27	월	08:16 (A.M.) / P.M	-24.3	-28.5	-26.5	hjj	
28	화	08:12 (A.M.) / P.M	-24.4	-30.0	-27.9	hjj	
29	수	08:12 (A.M.) / P.M	-24.3	-30.5	-26.1	hjj	
30	목	08:11 (A.M.) / P.M	-24.4	-30.8	-26.0	hjj	



날짜: 2026.04.05.04 서명: hjj

hjj  
2026.05.04