

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 4월

위치 (Location) : Core lab	장비명	INCUBATOR
	모델명	INCU-LINE IL10
	Serial No.	15072806

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2504741-001 교정 일자(Calibration date.) : 2025.05.27

날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	수	08:25 A.M. / P.M	37.4	36.6	37.1	hjj	
2	목	08:30 A.M. / P.M	37.3	36.5	37.0	hjj	
3	금	08:22 A.M. / P.M	37.3	36.6	36.8	hjj	
4	토	A.M. / P.M					
5	일	A.M. / P.M					
6	월	08:25 A.M. / P.M	37.3	36.6	37.1	hjj	
7	화	08:24 A.M. / P.M	37.4	36.5	37.0	hjj	
8	수	08:30 A.M. / P.M	37.3	36.5	36.9	hjj	
9	목	08:31 A.M. / P.M	37.3	36.5	36.9	hjj	
10	금	08:30 A.M. / P.M	37.3	36.8	37.0	hjj	
11	토	A.M. / P.M					
12	일	A.M. / P.M					
13	월	08:35 A.M. / P.M	37.3	36.6	37.1	hjj	
14	화	08:34 A.M. / P.M	37.2	36.8	36.9	hjj	
15	수	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.8	37.0	hjj	
16	목	08:25 A.M. / P.M	37.2	36.8	37.1	hjj	
17	금	08:20 A.M. / P.M	37.2	36.5	36.8	hjj	
18	토	A.M. / P.M					
19	일	A.M. / P.M					
20	월	08:25 A.M. / P.M	37.2	36.8	37.1	hjj	
21	화	08:22 A.M. / P.M	37.2	36.5	37.0	hjj	
22	수	08:29 A.M. / P.M	37.2	36.2	37.1	hjj	
23	목	08:31 A.M. / P.M	37.2	36.6	37.0	hjj	
24	금	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.7	36.9	hjj	
25	토	A.M. / P.M					
26	일	A.M. / P.M					
27	월	08:40 A.M. / P.M	37.2	36.8	36.9	hjj	
28	화	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.6	37.0	hjj	
29	수	08:25 A.M. / P.M	37.2	36.5	36.8	hjj	
30	목	08:30 A.M. / P.M	37.1	36.6	36.9	hjj	