

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 5월

위치 (Location) : Core lab	장비명	Deepfreezer
	모델명	Forma 900 series (908)
	Serial No.	837903-515

교정 번호(Calibration No.) : TS25-0607-1 교정 일자(Calibration date.) : 2025.12.19

날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	금	A.M. / P.M					노동절
2	토	A.M. / P.M					
3	일	A.M. / P.M					
4	월	08:10 A.M. / P.M	-75.1	-78.1	-77.7	hjj	
5	화	A.M. / P.M					어린이날
6	수	08:11 A.M. / P.M	-74.3	-78.1	-76.5	hjj	
7	목	08:15 A.M. / P.M	-74.6	-78.0	-77.9	hjj	
8	금	08:14 A.M. / P.M	-74.1	-78.2	-76.6	hjj	
9	토	A.M. / P.M					
10	일	A.M. / P.M					
11	월	08:15 A.M. / P.M	-75.5	-78.2	-77.1	hjj	
12	화	08:14 A.M. / P.M	-74.2	-78.1	-78.0	hjj	
13	수	08:13 A.M. / P.M	-73.9	-77.8	-77.4	hjj	
14	목	08:13 A.M. / P.M	-74.5	-78.0	-76.5	hjj	
15	금	08:13 A.M. / P.M	-74.2	-78.0	-77.9	hjj	
16	토	A.M. / P.M					
17	일	A.M. / P.M					
18	월	08:16 A.M. / P.M	-75.5	-78.2	-76.3	hjj	
19	화	08:15 A.M. / P.M	-74.2	-78.0	-77.9	hjj	
20	수	08:15 A.M. / P.M	-74.0	-77.4	-76.2	hjj	
21	목	08:10 A.M. / P.M	-74.2	-78.1	-78.0	hjj	
22	금	08:13 A.M. / P.M	-74.1	-78.0	-78.0	hjj	
23	토	A.M. / P.M					
24	일	A.M. / P.M					
25	월	A.M. / P.M					대체 휴일
26	화	08:15 A.M. / P.M	-75.3	-78.2	-76.6	hjj	
27	수	08:15 A.M. / P.M	-75.6	-78.1	-77.7	hjj	
28	목	08:11 A.M. / P.M	-74.8	-78.0	-76.8	hjj	
29	금	08:13 A.M. / P.M	-73.6	-78.0	-77.5	hjj	
30	토	A.M. / P.M					
31	일	A.M. / P.M					

날짜: 2026.06.01 서명: hjj