

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 6월

위치 (Location) : Core lab			장비명		검체 냉장고		
			모델명		MPR-722R		
			Serial No.		24100094		
교정 번호(Calibration No.) : 2600075-0002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.01.19							
날짜	요일	측정 시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	월	08:11 A.M. / P.M	5.5	3.9	5.0	hjj	
2	화	08:16 A.M. / P.M	5.1	4.0	4.8	hjj	
3	수	A.M. / P.M					지방선거
4	목	08:10 A.M. / P.M	5.4	3.9	4.6	hjj	
5	금	08:14 A.M. / P.M	5.3	4.0	4.5	hjj	
6	토	A.M. / P.M					
7	일	A.M. / P.M					
8	월	08:10 A.M. / P.M	5.6	3.7	5.1	hjj	
9	화	08:09 A.M. / P.M	5.3	3.7	4.3	hjj	
10	수	08:14 A.M. / P.M	5.3	4.1	4.9	hjj	
11	목	08:15 A.M. / P.M	5.4	3.9	4.8	hjj	
12	금	08:12 A.M. / P.M	5.1	4.0	4.6	hjj	
13	토	A.M. / P.M					
14	일	A.M. / P.M					
15	월	08:11 A.M. / P.M	5.3	3.9	4.8	hjj	
16	화	08:11 A.M. / P.M	5.5	4.1	4.3	hjj	
17	수	08:13 A.M. / P.M	5.3	3.9	4.4	hjj	
18	목	08:15 A.M. / P.M	5.4	3.9	5.0	hjj	
19	금	08:13 A.M. / P.M	5.3	4.0	4.5	hjj	
20	토	A.M. / P.M					
21	일	A.M. / P.M					
22	월	08:12 A.M. / P.M	5.3	3.9	4.6	hjj	
23	화	08:12 A.M. / P.M	5.4	3.9	5.0	hjj	
24	수	08:14 A.M. / P.M	5.2	4.0	4.4	hjj	
25	목	08:13 A.M. / P.M	5.2	4.0	4.3	hjj	
26	금	08:13 A.M. / P.M	5.3	4.1	4.5	hjj	
27	토	A.M. / P.M					
28	일	A.M. / P.M					
29	월	08:11 A.M. / P.M	5.4	3.9	4.0	hjj	
30	화	08:11 A.M. / P.M	5.4	4.1	4.3	hjj	