

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 7월

위치 (Location) : Core lab			장비명		검체 냉장고		
			모델명		MPR-722R		
			Serial No.		24100094		
교정 번호(Calibration No.) : 2600075-0002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.01.19							
날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	수	08:11 A.M. / P.M	5.1	3.7	4.2	677	
2	목	08:15 A.M. / P.M	5.2	4.0	4.5	677	
3	금	08:16 A.M. / P.M	5.4	4.1	4.3	677	
4	토	A.M. / P.M					
5	일	A.M. / P.M					
6	월	08:17 A.M. / P.M	5.4	3.9	4.9	677	
7	화	08:10 A.M. / P.M	5.3	4.1	4.4	677	
8	수	08:09 A.M. / P.M	5.4	3.7	4.5	677	
9	목	08:40 A.M. / P.M	5.4	3.6	4.5	677	
10	금	08:46 A.M. / P.M	5.3	4.0	5.4	677	
11	토	A.M. / P.M					
12	일	A.M. / P.M					
13	월	08:25 A.M. / P.M	5.4	3.6	4.3	677	
14	화	08:25 A.M. / P.M	5.2	3.4	4.8	677	
15	수	08:26 A.M. / P.M	5.2	3.6	3.4	677	
16	목	08:25 A.M. / P.M	5.4	4.0	4.5	677	
17	금	A.M. / P.M					미입력
18	토	A.M. / P.M					
19	일	A.M. / P.M					
20	월	08:25 A.M. / P.M	5.3	3.7	5.7	677	
21	화	08:18 A.M. / P.M	5.4	3.2	4.1	677	
22	수	08:30 A.M. / P.M	5.7	3.2	4.7	677	
23	목	08:30 A.M. / P.M	5.4	3.7	5.0	677	
24	금	08:30 A.M. / P.M	5.2	4.0	4.9	677	
25	토	A.M. / P.M					
26	일	A.M. / P.M					
27	월	08:22 A.M. / P.M	5.4	4.0	5.1	677	
28	화	08:26 A.M. / P.M	5.1	3.7	4.1	677	
29	수	08:20 A.M. / P.M	5.3	4.0	4.8	677	
30	목	08:20 A.M. / P.M	5.2	4.0	4.3	677	
31	금	08:20 A.M. / P.M	5.5	4.0	5.0	677	