

온도기록지

Temperature Log Sheet

2026년 7월

위치 (Location) : Core lab			장비명		INCUBATOR		
			모델명		INCU-LINE IL10		
			Serial No.		15072806		
교정 번호(Calibration No.) : KTE-2604374-002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.05.26							
날짜	요일	측정시각	온도 Temp °C			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	수	08:25 A.M. / P.M.	37.3	37.0	37.2	한기	
2	목	08:25 A.M. / P.M.	37.3	37.1	37.1	한기	
3	금	08:25 A.M. / P.M.	37.5	37.0	37.4	한기	
4	토	A.M. / P.M.					
5	일	A.M. / P.M.					
6	월	08:30 A.M. / P.M.	37.4	36.9	37.3	한기	
7	화	08:25 A.M. / P.M.	37.5	37.0	37.4	한기	
8	수	08:20 A.M. / P.M.	37.3	36.8	37.0	한기	
9	목	08:25 A.M. / P.M.	37.4	36.9	37.2	한기	
10	금	08:28 A.M. / P.M.	37.5	37.0	37.3	한기	
11	토	A.M. / P.M.					
12	일	A.M. / P.M.					
13	월	08:26 A.M. / P.M.	37.2	36.1	36.7	한기	
14	화	08:25 A.M. / P.M.	37.2	36.0	36.6	한기	
15	수	08:25 A.M. / P.M.	37.0	36.6	36.8	한기	
16	목	08:25 A.M. / P.M.	37.5	37.2	37.0	한기	
17	금	A.M. / P.M.					제헌절.
18	토	A.M. / P.M.					
19	일	A.M. / P.M.					
20	월	08:25 A.M. / P.M.	37.5	37.1	37.3	한기	
21	화	08:18 A.M. / P.M.	37.5	36.6	37.1	한기	
22	수	08:30 A.M. / P.M.	37.2	36.9	37.0	한기	
23	목	08:30 A.M. / P.M.	37.2	36.7	37.0	한기	
24	금	08:30 A.M. / P.M.	37.1	36.7	37.0	한기	
25	토	A.M. / P.M.					
26	일	A.M. / P.M.					
27	월	08:22 A.M. / P.M.	37.2	36.8	36.9	한기	
28	화	08:26 A.M. / P.M.	37.2	36.6	36.7	한기	
29	수	08:19 A.M. / P.M.	37.3	36.7	37.0	한기	
30	목	08:20 A.M. / P.M.	37.3	36.9	37.0	한기	
31	금	08:20 A.M. / P.M.	37.3	36.9	37.0	한기	