점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D082301008-2016002	자 산 명	ELECTROCARDIOGRAPH, PORTABLE
모 델 명	TC50	S / N	CN81732441
귀속부서	심장혈관센터	설치장소	심장혈관외래심전도실

의뢰일자	2026-09-04	완료일자	2026-09-04
의뢰부서	의공학팀	의 뢰 자	김민경
자산구분	의료장비	사내전화번호	5958


의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-09-04	-Visual Test : Pass -Power on Test : Pass -Performance Test ECG : Pass -Network Test : Pass -Display Test : Pass -Pim Test : Pass -Storage Check OK					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

9/4/2026 4:40:57 PM



점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D082301009-2020001	자 산 명	ELECTROCARDIOGRAPH, PORTABLE
모 델 명	TC70	S / N	US32033161
귀속부서	심장혈관센터	설치장소	심장혈관외래심전도실

의뢰일자	2026-09-04	완료일자	2026-09-04
의뢰부서	의공학팀	의 뢰 자	김민경
자산구분	의료장비	사내전화번호	5958

의뢰내역	예방점검

일자 조치내역

부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액

2026-09-04

-Visual Test : Pass
-Power on Test : Pass
-Performance Test ECG : Pass
-Network Test : Pass
-Display Test : Pass
-Pim Test : Pass
-Storage Check OK

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

9/4/2026 4:48:50 PM


konkuk (500)
konkuk (00)
ECG ROOM (02)

Rate	60	. Age and gender not entered, assume 50 yo male for purpose of ECG interpretation
RR	1000	. Sinus rhythm
PR	164	
QRSD	86	
QT	358	
QTcB	358	
QTcF	358	
--AXIS--		
P	52	
QRS	33	
T	48	

- NORMAL ECG -

12 Lead; Standard Placement

Unconfirmed Diagnosis



Device: 02 Speed: 25 mm/sec Limb: 10 mm/mV Chest: 10.0 mm/mV F 60~ 0.50-100 Hz W W 110C P?

MEDI-GRAPH

REORDER M3707A

점 검 내 역 서

담 당 자 김민경

자산코드	D082301009-2020002	자 산 명	ELECTROCARDIOGRAPH, PORTABLE
모 델 명	TC70	S / N	US42033325
귀속부서	심장혈관센터	설치장소	심장혈관외래심전도실

의뢰일자	2026-09-04	완료일자	2026-09-04
의뢰부서	의공학팀	의 뢰 자	김민경
자산구분	의료장비	사내전화번호	5958

의뢰내역	예방점검

일자	조치내역					
	부품코드	부품명	규격	수량	단가	금액
2026-09-04	-Visual Test : Pass -Power on Test : Pass -Performance Test ECG : Pass -Network Test : Pass -Display Test : Pass -Pim Test : Pass -Storage Check OK					

총 수리비용(합계) 0원

건국대학교병원
KONKUK UNIVERSITY MEDICAL CENTER

9/4/2026 4:44:39 PM
konkuk (500)
konkuk (00)
ECG ROOM (02)

Rate	60	. Age and gender not entered, assume 50 yo male for purpose of ECG interpretation
RR	1000	. Sinus rhythm.....normal P axis, V-rate 50- 99
PR	166	
QRSD	85	
QT	358	
QTcB	358	


--AXIS--

P	49
QRS	34
T	51

- NORMAL ECG -

12 Lead; Standard Placement

Unconfirmed Diagnosis



Device: 02 Speed: 25 mm/sec Limb: 10 mm/mV Chest: 10.0 mm/mV F 60 0.50-100 Hz W W 110C P?