온도기록지
Temperature Log Sheet 2026년 8월

위치 (Location) : Core lab	장비명	검체 냉장고
	모델명	MPR-722R
	Serial No.	24100094

교정 번호(Calibration No.) : 2600075-0002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.01.19

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	토	A.M. / P.M					
2	일	A.M. / P.M					
3	월	08:30 (A.M.) / P.M	5.4	3.9	4.2	서	
4	화	08:25 (A.M.) / P.M	5.7	4.1	4.0	서	
5	수	08:30 (A.M.) / P.M	5.3	3.9	4.3	서	
6	목	08:30 (A.M.) / P.M	5.2	4.0	4.3	서	
7	금	08:27 (A.M.) / P.M	5.5	4.1	5.3	서	
8	토	A.M. / P.M					
9	일	A.M. / P.M					
10	월	08:23 (A.M.) / P.M	5.6	4.0	4.9	서	
11	화	08:25 (A.M.) / P.M	5.6	4.1	5.1	서	
12	수	08:20 (A.M.) / P.M	5.5	4.0	4.4	서	
13	목	08:20 (A.M.) / P.M	5.3	4.1	4.4	서	
14	금	08:25 (A.M.) / P.M	5.4	4.2	4.7	서	
15	토	A.M. / P.M					
16	일	A.M. / P.M					
17	월	A.M. / P.M					대체 휴일
18	화	08:25 (A.M.) / P.M	5.3	4.0	5.2	서	
19	수	08:25 (A.M.) / P.M	5.3	4.2	5.1	서	
20	목	08:25 (A.M.) / P.M	5.4	4.1	4.5	서	
21	금	08:25 (A.M.) / P.M	5.4	4.1	4.7	서	
22	토	A.M. / P.M					
23	일	A.M. / P.M					
24	월	08:25 (A.M.) / P.M	5.3	4.1	4.8	서	
25	화	08:25 (A.M.) / P.M	4.9	3.3	4.8	서	
26	수	08:25 (A.M.) / P.M	5.2	3.3	3.7	서	
27	목	08:25 (A.M.) / P.M	5.3	3.8	4.6	서	
28	금	08:25 (A.M.) / P.M	5.4	4.2	4.3	서	
29	토	A.M. / P.M					
30	일	A.M. / P.M					
31	월	08:25 (A.M.) / P.M	5.4	4.0	5.2	서	

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2026. 09. 01 서명: 서