온도기록지
Temperature Log Sheet

2026년 8월

위치 (Location) : Core lab	장비명	INCUBATOR
	모델명	INCU-LINE IL10
	Serial No.	15072806

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2604374-002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.05.26

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	토	A.M. / P.M					
2	일	A.M. / P.M					
3	월	08:30 (A.M.) / P.M	37.3	37.0	37.0	서	
4	화	08:25 (A.M.) / P.M	37.3	36.9	37.0	서	
5	수	08:23 (A.M.) / P.M	37.3	36.9	37.0	서	
6	목	08:25 (A.M.) / P.M	37.3	36.9	37.0	서	
7	금	08:24 (A.M.) / P.M	37.2	36.9	36.9	서	
8	토	A.M. / P.M					
9	일	A.M. / P.M					
10	월	08:23 (A.M.) / P.M	37.1	36.7	36.8	서	
11	화	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	
12	수	08:20 (A.M.) / P.M	37.2	36.8	36.9	서	
13	목	08:20 (A.M.) / P.M	37.2	36.8	37.0	서	
14	금	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	
15	토	A.M. / P.M					
16	일	A.M. / P.M					
17	월	A.M. / P.M					대체 휴일
18	화	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	
19	수	08:25 (A.M.) / P.M	37.2	36.7	36.8	서	
20	목	08:25 (A.M.) / P.M	37.2	36.8	36.9	서	
21	금	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	
22	토	A.M. / P.M					
23	일	A.M. / P.M					
24	월	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.9	36.9	서	
25	화	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.9	36.9	서	
26	수	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.9	36.9	서	
27	목	08:25 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	
28	금	08:25 (A.M.) / P.M	37.2	36.8	37.0	서	
29	토	A.M. / P.M					
30	일	A.M. / P.M					
31	월	08:20 (A.M.) / P.M	37.1	36.8	36.9	서	

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2026. 09. 01 서명: 서