Data Report


기 간 : 2026-08-01 00:00 ~ 2026-08-31 24:00

간 격 : 60분

저장고 : CTC 초저온냉동고

작성일시 : 2026-09-21 18:30

작성자 : 시스템관리자



저장일시	저장고 센서 유형	측정값	하한값	상한값	전원
2026-08-31 23:00:00	temp1	-76.0 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 22:00:00	temp1	-76.7 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 21:00:00	temp1	-77.6 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 20:00:00	temp1	-78.0 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 19:00:00	temp1	-77.4 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 18:00:00	temp1	-76.1 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-08-31 17:00:00	temp1	-75.3 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 16:00:00	temp1	-75.1 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 15:00:00	temp1	-75.3 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 14:00:00	temp1	-75.8 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 14:00:00	temp1	-75.9 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 13:00:00	temp1	-76.0 ℃	-90.0	-60.0	Power
2026-08-31 13:00:00	temp1	-76.1 ℃	-90.0	-60.0	Power