온도기록지
Temperature Log Sheet

2026년 9월

위치 (Location) : Core lab	장비명	INCUBATOR
	모델명	INCU-LINE IL10
	Serial No.	15072806

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2604374-002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.05.26

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	화	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.6	36.7	노	
2	수	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.6	36.8	노	
3	목	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.6	36.8	노	
4	금	08:20 A.M. / P.M	37.0	36.5	36.8	노	
5	토	A.M. / P.M					
6	일	A.M. / P.M					
7	월	08:15 A.M. / P.M	37.0	36.6	36.7	노	
8	화	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.7	37.0	노	
9	수	08:20 A.M. / P.M	37.0	36.6	36.7	노	
10	목	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.7	36.8	노	
11	금	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.7	36.8	노	
12	토	A.M. / P.M					
13	일	A.M. / P.M					
14	월	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.7	36.9	노	
15	화	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.7	36.7	노	
16	수	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.7	36.8	노	
17	목	08:25 A.M. / P.M	37.0	36.7	36.8	노	
18	금	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.7	36.9	노	
19	토	A.M. / P.M					
20	일	A.M. / P.M					
21	월	08:10 A.M. / P.M	37.0	36.7	36.7	구	
22	화	08:21 A.M. / P.M	37.1	36.7	36.8	구	
23	수	08:40 A.M. / P.M	37.1	36.4	36.6	구	
24	목	A.M. / P.M					추석연휴
25	금	A.M. / P.M					추석연휴
26	토	A.M. / P.M					
27	일	A.M. / P.M					
28	월	08:47 A.M. / P.M	37.1	36.5	36.9	구	
29	화	08:20 A.M. / P.M	37.1	36.4	36.7	구	
30	수	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.5	36.6	구	

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2026. 10. 01 서명: 구