Data Report


기 간 : 2026-09-01 08:00 ~ 2026-09-30 08:00

간 격 : 60분

저장고 : CTC 초저온냉동고

작성일시 : 2026-10-02 11:17

작성자 : 시스템관리자



저장일시	저장고 센서 유형	측정값	하한값	상한값	전원
2026-09-30 07:00:00	temp1	-77.3 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 06:00:00	temp1	-77.8 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 05:00:00	temp1	-76.2 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 04:00:00	temp1	-75.7 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 03:00:00	temp1	-76.2 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 02:00:00	temp1	-77.6 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 01:00:00	temp1	-78.0 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-30 00:00:00	temp1	-76.9 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-29 23:00:00	temp1	-75.7 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-29 22:00:00	temp1	-75.5 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-29 21:00:00	temp1	-75.8 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-29 20:00:00	temp1	-76.0 ℃	-90.0	-70.0	Power
2026-09-29 19:00:00	temp1	-76.5 ℃	-90.0	-70.0	Power