온도기록지
Temperature Log Sheet 2026년 10월

위치 (Location) : Core lab	장비명	INCUBATOR
	모델명	INCU-LINE IL10
	Serial No.	15072806

교정 번호(Calibration No.) : KTE-2604374-002 교정 일자(Calibration date.) : 2026.05.26

날짜	요일	측정시각	온도 Temp ℃			확인자 sign	비고
			Max.	Min.	Actual		
1	목	08:30 A.M. / P.M	37.0	36.4	36.7	[illegible]	
2	금	08:25 A.M. / P.M	37.1	36.4	36.8	[illegible]	
3	토	A.M. / P.M					
4	일	A.M. / P.M					
5	월	A.M. / P.M					대체휴일
6	화	08:30 A.M. / P.M	36.8	36.4	36.7	[illegible]	
7	수	08:35 A.M. / P.M	37.0	36.4	36.6	[illegible]	
8	목	08:31 A.M. / P.M	36.7	36.3	36.6	[illegible]	
9	금	A.M. / P.M					한글날
10	토	A.M. / P.M					
11	일	A.M. / P.M					
12	월	08:30 A.M. / P.M	36.8	36.4	36.6	[illegible]	
13	화	08:25 A.M. / P.M	36.8	36.3	36.4	[illegible]	
14	수	08:25 A.M. / P.M	36.8	36.3	36.5	[illegible]	
15	목	08:25 A.M. / P.M	36.8	36.3	36.5	[illegible]	
16	금	08:30 A.M. / P.M	36.8	36.3	36.7	[illegible]	
17	토	A.M. / P.M					
18	일	A.M. / P.M					
19	월	08:30 A.M. / P.M	36.9	36.4	36.6	[illegible]	
20	화	08:25 A.M. / P.M	36.9	36.3	36.5	[illegible]	
21	수	08:30 A.M. / P.M	37.2	36.8	36.9	[illegible]	
22	목	08:35 A.M. / P.M	37.2	36.8	36.9	[illegible]	
23	금	08:40 A.M. / P.M	37.2	36.8	37.0	[illegible]	
24	토	A.M. / P.M					
25	일	A.M. / P.M					
26	월	08:40 A.M. / P.M	37.2	36.8	36.9	[illegible]	
27	화	08:35 A.M. / P.M	37.3	36.4	37.0	[illegible]	
28	수	08:40 A.M. / P.M	37.2	36.4	36.8	[illegible]	
29	목	08:35 A.M. / P.M	37.2	36.5	36.7	[illegible]	
30	금	08:36 A.M. / P.M	37.3	36.5	37.1	[illegible]	
31	토	A.M. / P.M					

건국대학교병원 KONKUK UNIVERSITY HOSPITAL

날짜: 2026. 11. 02 서명: [illegible]